

*S-12 (1) TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES  
ANALÍTICAS.  
TRAZABILIDAD METROLÓGICA DE LOS  
VALORES ASIGNADOS A LOS CALIBRADORES Y  
A LOS MATERIALES DE CONTROL UTILIZADOS  
EN EL LABORATORIO CLÍNICO.*

**Dra. Melina Pérez Urquiza, Jefe de División de Materiales Orgánicos, Centro Nacional de Metrología, Querétaro, Qro.**

La presentación tiene el propósito de mostrar el establecimiento de la trazabilidad de los valores asignados a los calibradores y materiales de control utilizados en el laboratorio clínico, acompañada con algunos ejemplos, considerando como referencia la guía ISO 17511:2003. Tiene como objetivo identificar las diferentes rutas de trazabilidad del resultado de la medición, aplicables a los procedimientos cuantitativos y semi cuantitativos que se realizan en los laboratorios clínicos.

La presentación podría ser de utilidad para los laboratorios clínicos que se encuentren en alguna etapa del proceso de acreditación.

[www.medigraphic.com](http://www.medigraphic.com)